



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA
AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI**

Servizio Centrale di approvvigionamento
Ufficio Appalti, servizi e forniture

Prot. n.

Anno 2024

Tit. X

Cl. 4.

Fasc. 2023-X/4.48

N. Allegati

Rif.

 Sintel

jt/pm/MCT/CS

Alle Imprese partecipanti

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di arredi tecnici per l'allestimento dei laboratori di farmacologia e S.E.M. siti nel padiglione Bassani in Varese (CUP J49J20001080007) e laboratori CRIS presso Molini Marzoli a Busto Arsizio (CUP J44D23004390001). CIG B10B68D739. Chiarimenti n. 2

1. Si chiede di specificare se lo stoccaggio interno dei campioni biologici sia da effettuarsi per immersione in azoto liquido a -196°C o in vapori d'azoto a circa $-150^{\circ}/-190^{\circ}\text{C}$.

Risposta: lo stoccaggio interno dei campioni biologici dovrà effettuarsi in vapori d'azoto a circa $-150^{\circ}/-190^{\circ}\text{C}$.

2. Si chiede di specificare se nel locale di destino per l'installazione sia già presente o meno un "sistema allarmi criobanca" a cui interfacciare il criocentro richiesto. In caso affermativo, si chiede di specificare marca e modello di tale sistema allarmi.

Risposta: No non è presente alcun sistema di allarme attuale poiché trattasi di locale dotato di areazione naturale permanente.

3. Si chiede di specificare se le vials da 2 mL da allocare nelle scatole da offrire siano a filettatura interna o esterna

Risposta: le vials da 2 mL sono a filettatura esterna.

4. Si chiede di specificare in riferimento alle prescrizioni tecniche - Edificio Molini Marzoli - Piano Secondo - Laboratorio 5 CRIS, articolo B4, in quale materiale va realizzato il piano di lavoro.

Risposta: il piano di lavoro deve essere realizzato in HPL.

5. Si chiede di specificare in riferimento alle prescrizioni tecniche - Padiglione Bassani - Piano Seminterrato, articolo 3.2, in quale materiale va realizzato il piano di lavoro con spessore mm 15/25.

Risposta: il piano di lavoro deve essere realizzato in HPL.



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9033-9037-9602-9370-9038
Via Valleggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia
Tel. +39 031 238 9231
Email: appalti@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. P1.004.0
Piazza Ovest Piano I
Uff. 3.1.4

Orari al pubblico

Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 10.00 - 12.00
Mercoledì: 14.00 - 16.00



6. Si chiede, se la fornitura delle cinghie dentate al posto di normali funi, sia prevista a pena di esclusione, come indicato a pagina 8 del documento prescrizioni tecniche.

Risposta: nel documento “prescrizioni tecniche” sono indicate le caratteristiche minime della fornitura. Ne consegue l’ammissibilità di un’offerta avente ad oggetto una fornitura con caratteristiche tecniche analoghe rispetto a quelle indicate nelle Prescrizioni tecniche, purché siano in grado di garantire un prodotto sostanzialmente corrispondente alle prestazioni minime prescritte. A tal fine, come previsto dall’art. 16 del Disciplinare di gara, si chiede di corredare l’offerta delle schede tecniche dei prodotti analoghi proposti attestanti la sostanziale corrispondenza alle prestazioni minime prescritte.

Varese, *data della firma digitale*

Il RUP
Ing. Clemente Sesta
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D.lgs. 36/2023): Ing. Clemente Sesta
Tel. +39 0332 21 9609 - email: clemente.sesta@uninsubria.it