



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA
RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI**
Servizio Centrale di approvvigionamento
Ufficio Appalti, forniture e servizi

Prot. n.

Anno 2025

Tit. X

Cl. 4

Fasc. 2024-X/4.131

N. Allegati /

Rif. /

 Sintel

sv/pm/MCT/MC

Alle Imprese partecipanti

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento servizio di verifica, validazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di protezione collettiva per un periodo di 3 anni – CIG B4EFF4BBB3.
Chiarimenti n. 3**

1. Con riferimento alla nota di chiarimento n. 2 del 15 gennaio 2025, si chiede:

1.1. Di confermare che la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 si intenda rilasciata da ACCREDIA.

Risposta:

Si conferma che si tratta di certificazione rilasciata da ACCREDIA.

1.2. Se, con riferimento a quanto indicato a pagina 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 debba riferirsi ai seguenti metodi, indicati da ACCREDIA, per la valutazione dell'idoneità alla sicurezza dei dispositivi oggetto dell'appalto:

- Misure anemometriche:
 - Cabine biologiche: rif. norma UNI EN 12469 Annex G.1
 - Cappe chimiche: rif. norma UNI EN 14175-4 5.4 - rif. Manuale UNICHIM M192/3 Appendice E, aggiornato con l'emissione della norma UNI/TS 11710:2023
 - Cappe filtrate a ricircolo: rif. norma NF X15-211 5
- Misura del livello di contenimento delle cappe chimiche con SF6 (esafluoruro di zolfo), rif. UNI EN 14175: *Inner Measurement Plane - Tests, Outer Measurement Plane - Tests, Robustness of Containment - Test.*



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9033-9037-9602-9370-9032-9038
Via Valleggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia
Tel. +39 031 238 9231
Email: appalti@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. P1.004.0
Piazza Est - Piano I
Uff. 1.015.0
Orari al pubblico
Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 10.00 - 12.00
Mercoledì: 14.00 - 16.00



Risposta:

A esito delle verifiche periodiche sui DPC per accertarne il corretto funzionamento, dopo aver effettuato sul campo le prove e le misurazioni previste, è richiesto il rilascio di un test report in conformità alle norme sopra riportate: UNI EN 12469 per le cappe biologiche, UNI EN 14175 e s.m.i. per le cappe chimiche, EN 14770 per gli armadi di sicurezza, NF X15-211 5 per le cappe filtrate a ricircolo.

2. A pagina 15 del Capitolato Speciale d'Appalto è indicato che "l'esecuzione dei servizi è riservata a soggetti in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/EC 17025/2018 ai fini di garantire le competenze di laboratorio nell'esecuzione delle prove e misurazioni. Il possesso di tale certificazione è requisito minimo per l'esecuzione del servizio".

Si chiede di specificare per quale tipo di misura (area metrologica) debba essere accreditato il laboratorio di taratura/prova ecc., in possesso della certificazione richiesta (EN ISO/EC 17025/2018), dato che il servizio oggetto di appalto riguarda attività di "verifica, manutenzione ordinaria e straordinaria di DPC".

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 1.2.

Varese, *data della firma digitale*

Il RUP
Dott. Marco Cavallotti
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D. Lgs. 36/2023): Dott. Marco Cavallotti
Tel. +39 0332 21 9021/9022 - email: marco.cavallotti@uninsubria.it